

Số: /BVNT-KD  
v/v yêu cầu chào giá TBYT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược VTTBYT- Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa - 476 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược VTTBYT- Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa - 476 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  - Hoặc gửi bản mềm, có đầy đủ chữ ký đóng dấu công ty qua địa chỉ email: khoaduocbvnt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 28 tháng 3 năm 2024 đến trước 17h ngày 06 tháng 4 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2024

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị y tế

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	<b>Máy điện xung 2 kênh</b>	<b>Cấu hình gồm:</b> - Máy chính: 1 cái - Dây nguồn: 1 chiếc - Hướng dẫn sử dụng: 1 bản - Ống thoát nước thải: 01 cái - Cáp điện cực 4 cốc hút: 1bộ - Điện cực cốc hút: 4 cái - Miếng đệm điện cực cốc hút: 04 cái - Cáp điện cực ovan: 2 bộ - Điện cực ovan: 4 cái - Miếng đệm điện cực ovan: 4 cái - Dây buộc điện cực: 02 cái <b>Thông số kỹ thuật :</b> - Nguồn điện: AC220V /60Hz - Tiêu chuẩn an toàn điện: Lớp I, loại BF - Công suất tiêu thụ: 40W - Cường độ dòng ra tối đa 40mA tại tần số 300hz, trở kháng 500Ω - Hiệu điện thế dòng ra tối đa: 136Vp-p - Tần số điều trị: 3 đến 300Hz - Lực hút tối đa: 250mmHg - Thời gian điều trị tối đa 0-15 phút - Kích thước: 450 x 350x 160 - Trọng lượng: 13kg - Cáp điện cực cốc hút: φ 14, dài 1800mm - Cốc hút: φ 75, cao 45mm, nặng 50gram - Đệm nút cho điện cực cốc hút: φ 75, dày 2mm - Cáp điện cực ovan: φ 14, dài 1800mm - Điện cực ovan: kích thước 65x85mm - Đệm nút cho điện cực ovan: kích thước 52 x 70mm, dày 2mm - Dây nguồn: dài 2800mm	01	cái
---	---------------------------------	--	----	-----

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

**Nơi nhận:**

- Như KG

- Lưu VT, KD, TCKT

**GIÁM ĐỐC**

**Hà Khánh Dư**