

Số: /BVNT-KD
v/v yêu cầu chào giá TBYT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược VTTBYT- Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa - 476 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược VTTBYT- Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa - 476 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 - Hoặc gửi bản mềm, có đầy đủ chữ ký đóng dấu công ty qua địa chỉ email: khoaduocbvnt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 28 tháng 3 năm 2024 đến trước 17h ngày 06 tháng 4 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị y tế

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Máy siêu âm xách tay đen trắng	Thông số kỹ thuật: -Màn hình LED 12 inch, độ phân giải 1204*768 - Chế độ hiển thị: B, B/B, 4B, M, B/M -Thu phóng: PIP zoom and Pan zoom - Công nghệ xử lý hình ảnh: THI, I-Image, SRA, Compound - Nguồn điện áp Adapter: AC100-240V 50/60Hz -Nguồn vào cho hệ thống chính: 19V 3.16A - Kiểu pin: BT-2500 Li-ion 14.8V 4400mAh Cấu hình: -Máy chính -Đầu dò: Linear, Convex -Bộ nguồn	01	cái
---	---	---	----	-----

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Nơi nhận:

- Như KG
- Lưu VT, KD, TCKT

GIÁM ĐỐC

Hà Khánh Dư